

発行日 2024年06月26日

## 放射能検査結果報告書

貴依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

|       |               |      |                    |      |        |
|-------|---------------|------|--------------------|------|--------|
| 依 頼 日 | 2024年06月25日   | 採取日時 | 2024年06月25日 13時40分 |      |        |
| 検 体 名 | 水道水（潮来保健センター） |      |                    | 検体種別 | 水      |
| 採取場所  | 潮来保健センター 給湯室  |      |                    | 採取区分 | 自社     |
| 天 候   | 曇り            | 気 温  | 30.0 ℃             | 水 温  | 24.7 ℃ |

| 検査内容 |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 測定方法 | ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（精密測定） |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素-131 ・ 放射性セシウム-134 ・ 放射性セシウム-137      |

|      |      |              |     |             |
|------|------|--------------|-----|-------------|
| 測定条件 | 測定時間 | 2000 秒       | 測定日 | 2024年06月26日 |
|      | 測定機器 | ゲルマニウム半導体検出器 |     |             |

| 測定結果 | 測定核種               | 測定結果（Bq/kg） | 検出限界（Bq/kg） |
|------|--------------------|-------------|-------------|
|      | 放射性ヨウ素131（I-131）   | 検出せず        | 0.8         |
|      | 放射性セシウム134（Cs-134） | 検出せず        | 0.8         |
|      | 放射性セシウム137（Cs-137） | 検出せず        | 0.7         |
|      | 放射性セシウム合計          | 検出せず        |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | <p>平成14年3月厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠</p> <p>平成23年12月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課「食品中の放射性物質の新たな基準値について」による。</p> <p>平成23年10月厚生労働省健康局水道課「水道水等の放射能測定マニュアル」による。</p> <p>採取日時からの放射能の減衰補正は行っておりません。</p> <p>「検出せず」とは、検出限界値未満を意味します。</p> <p>本測定結果は、提出された試料についてだけのものです。</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|